



PROJETO BÁSICO Nº. 001/2019
DE: ATENÇÃO AO DEFICIENTE
PARA: COORDENAÇÃO GERAL

DATA: 23/01/2019

Prezado Coordenador:

Encaminho, para as devidas providências, projeto básico em favor da paciente MARIA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, com especificações para o fornecimento de prótese auditiva, conforme pedido médico e requerimento nº 020.000.01462/2019-7/SES.

Faz-se necessária a aquisição direta do referido item pela logística/SES, visto que trata-se de item contemplado pela tabela SIA/SUS, pela portaria de OPM GM/MS nº 311 de 18/06/2010 e que, no momento, encontra-se sem fornecedor credenciado.

Item	Código SIA/SUS	Descrição Simplificada	Especificação	Quantidade
01	070103014-3.	Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) externo retro-auricular tipo C	Grau de Perda Auditiva: leve à profunda. Acompanhado de 4 pilhas no mínimo. Processamento do Sinal: digital. Compressão: multicanal Controle de Volume: manual e/ou automático. Controle Disponível: controle de grave e/ou agudo, corte para saída máxima, 4 canais ou mais. Faixa de frequência: 100 a 8000 Hz. Saída máxima: até 140 dB Ganho máximo: até 85 dB.	01 par

Atenciosamente,

Diana A. C. Guerra
Gerente de OPM/CASE

Setor de Atenção ao Deficiente/CASE